

# **SensoLite Nova Plus**

## **Medidor de Glicose Falante**



### **FICHA TÉCNICA**

#### **Características:**

Aparelho de medição de glicémia, cujos resultados são apresentados num écran LCD e por voz, portuguesa. Muito prático para controlar a sua saúde, garantido pelos padrões de conformidade CE, passível de acumular resultados em memória que podem ser transferidos, com a instalação de software específico, para o seu computador.

#### **Dados técnicos:**

- Prova - aprox. 5 µl ;
- Tempo necessário - 5 segundos ;
- Tiras de teste – SensoLite Nova Test ;
- Cálculo de médias a 7, 14 e 28 dias;
- Calibragem – Tira de verificação fornecida ;
- Pilhas - 2 x 1.5 CR2032, suportam cerca de 1000 testes;
- Temperatura de funcionamento - 5 – 35 °C
- Memória para 500 resultados de teste.